＜物　件＞

# ロータリーエバポレーターシステム　　仕様書

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 物件名称 | ロータリーエバポレーターシステム |
| 2 | 品質・形状・寸法<br>又は型式 | 型式　　数量<br>ロータリーエバポレーター本体　R-215V+P-5　　2式<br>真空ﾎﾟﾝﾌﾟ　V-701 Eco　コンデンサーセット　　2台<br>低温循環槽　C-580　　1台<br><br>その他、ホース類や器具接続部の加工等、別紙詳細仕様書に記載した仕様を全て満たすもの |
| 3 | グリーン物品<br>の指定 | 指定しない |
| 4 | 数　　量<br>（単価契約の場合<br>は予定数量） | 1式 |
| 5 | 納入期限 | 平成27年3月16日まで |
| 6 | 納入場所 | 横須賀市日の出町2-14　横須賀市健康安全科学センター |
| 7 | 特記事項 | ・メーカーの保証期間が納入から最低でも一年間であること<br>・設置場所は3階生活化学検査室とすること<br>・物件の搬入においては、建物及び設備を保護するための対策を十分に行うこと<br>・万が一、破損等があった場合には、供給者の責任において復旧すること<br>・本件には、運搬・搬入・据付費用を含むものとする<br>・納入時期は、別途協議する |
| 8 | 契約方法 | 総価契約 |
| 9 | 支払方法 | 納入後、一括払い |
| 10 | その他事項 | この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする |
| 11 | 連　絡　先 | 横須賀市健康安全科学センター　理化学検査係　　工藤　昭信<br>TEL　046-822-4057　　FAX　046-822-5540 |

| 指示事項 | |
|---|---|
| グリーン物品 | 上記で指定がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品を選定し、納品すること。<br>方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照してください。 |

別紙詳細仕様書

品名　ロータリーエバポレーターシステム

指定機種

| メーカー名 | 日本ビュッヒ株式会社 | | |
|---|---|---|---|
| | 品名 | 品番 | 数量 |
| 本体 | R-215V+P-5 | 050510-2255 | 2式 |
| 真空ポンプ | V-701 Eco コンデンサーセット | 044500-71001 | 2台 |
| 低温循環水槽 | C-580 | 051140-580 | 1台 |
| 但し、ホース類や器具接続部の加工等、下記仕様を全て満たすもの | | | |

仕様　次の仕様を全て満たすものであること

・電源はAC100V、50/60Hzで使用可能であること
・取扱説明書が日本語表記であること
・試料容器接続部が透明すり(SPC29)であること
・安全に配慮して、ガラス部(冷却器、受フラスコ)は保護のプラスチックコーティングがされていること
・バスは水/オイル兼用(MAX180℃)であること
・冷却ホースは結露しにくいものであること
・真空ホースは耐候性が高く、ひび割れしにくいものであること